

Paciente: **DE FREITAS, ANSELMO LUIS**

Data de Nascimento: **18/02/1983**

Sexo: **Masculino**

ID do Paciente: **26001**



Hospital de Olhos Pró Visão Americana


OS Análise de Campo Único

Central 24-2 Teste de Limiar

Monitor de Fixação: **Monitor de Fixação**
Mira de Fixação: **Central**
Perdas de Fixação: **0/0**
Erros Falsos POS: **8%**
Erros Falsos NEG: **0%**
Duração do Teste: **01:50**
Fóvea: **39 dB**


Estímulo: **III, Branco**
Fundo: **31,5 asb**
Estratégia: **SITA Faster**
Diâmetro de Pupila: **5,4 mm ***
Acuidade Visual:
Refr: **+0,50 DS -1,25 DC X 87**

Data: **13/06/2025**
Hora: **14:28**
Idade: **42**




2	1	-3	1
3	0	0	0
3	0	0	0
-1	0	1	1
2	0	1	0
4	0	0	0
0	0	0	0
1	-1	-3	-2

Desvio Total



-1	-1	-5	-1
1	-2	-2	-3
1	-2	-3	-2
-3	-2	-2	-2
0	-2	-2	-2
2	-2	-2	-2
-2	-2	-2	-2
-1	-4	-5	-4

Desvio Padrão



GHT: **Dentro dos Limites Normais**

VFI: **100%**
MD24-2: **0,22 dB**
PSD24-2: **1,38 dB**

:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0.5%



Comentários

